NoiseKen®

取扱説明書

MODEL WST-2001
ワンタッチ・シールドテント

株式会社　ノイズ研究所

第 1.03 版
AEY00016-001-0D

お断り

- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。

- 株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。

- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。

- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所及びノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本体を変更したり、改造をした結果、障害が発生した場合は責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 本製品を運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 本書内で、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、株式会社ノイズ研究所に所属するものではありません。

- 安全保障輸出管理制度　　～当社製品の輸出についてのお願い～
  本製品は、2002 年 4 月 1 日現在、輸出貿易管理令別表第一第 1～15 項までには該当しておりませんが、第 16 項のキャッチ・オール規制対象貨物に該当します。よって、当社製品を海外へ輸出、または一時的に持ち出す場合には最終需要者・最終用途等の確認審査をおこなう為、事前に当社へ輸出連絡書の提出をお願いしております。記載内容につきましては、お客様を信頼し、輸出連絡書に記載の最終仕向け国・最終需要者・最終用途等をもって、輸出貿易管理令別表第一第 16 項規制の確認をさせて頂きます。
  輸出規制の法律を厳守する為、輸出連絡書の提出を必ずお願い致します。また、国内外の取引先に転売する場合は、転売先に上記内容についてご通知をお願い致します。

※　上記内容は法令に基づいておりますので、法令の改正等により変更される場合があります。法令の規制内容・輸出手続等についての詳細は政府機関の窓口（経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課等）へお問い合わせください。

1. 重要安全事項

次に挙げる各事項は、本製品を安全に取り扱う上で重要な事項ですので、よくお読み頂いてからご使用ください。

1. 本製品をストーブやヒーター等の火気及び熱気のそばで使用しないでください。火災の原因になり危険です。
2. 本製品は、火気禁止区域等の誘爆区域での放電等防止目的では使用できません。本製品で放電等を防止することができませんので引火する可能性があります。
3. 心臓用ペースメーカー等の電子医療器具を付けた人の電磁波防護目的には使用できません。守って頂けない場合、電子医療器具が誤動作し人体に危険が及ぶ可能性があります。
4. 野外での設置はできません。また室内であっても、強い風がある場所は転倒する危険があります。
5. 後述の「本製品を安全にお使い頂くための基本的注意事項」に、安全に関する勧告が記されていますので使用前に必ずお読みください。

2. 取扱説明書 購入申込書

購入元経由 株式会社ノイズ研究所　御中

取扱説明書の購入を申し込みます。

モデル名は　WST-2001　です。

申込者：住所；〒＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部署名；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者名；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

FAX 番号；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

切り取り線

この**取扱説明書 購入申込書**は、万一の紛失に備えて
切り離し、別途 **大切に保管してください**。

取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、郵送または FAX で御送りください。

切り取り線

メモ

3. 目次

1. 重要安全事項 1

2. 取扱説明書 購入申込書 3

3. 目次 5

4. 概要 6

４－１．まえがき 6
４－２．本製品でできること 6

5. 本製品を安全にお使い頂くための基本的注意事項 7

５－１．危険告知のサインと意味 7
５－２．基本的な安全注意事項 7

6. 内容物 9

7. 仕様 10

8. 保証 11

9. 保守・保全 13

10. 故障したときの連絡先 13

4. 概要

４－１．まえがき

このたびはシールドテント　WST-2001 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

WST-2001 をお使いになる前に本書をよく読んで頂き、充分ご活用くださるようお願い申し上げます。

４－２．本製品でできること

シールドテント WST-2001 は、電磁波の遮蔽を目的とした様々な用途に対応する簡易型シールドルームとしてご使用頂けます。

電磁波に対し高感受性機器の試験・検査時、シールドテントにより外来電波等を減衰させることができ、また、強い電磁波を出力する機器をシールドテント内に入れることで、周辺機器への影響を減少させることも可能です。

シールドテント WST-2001 は、特別な場所や設備を必要とせず設置／撤去を短時間でおこなうことができます。

5. 本製品を安全にお使い頂くための基本的注意事項

５－１．危険告知のサインと意味

⚠ WARNING 警告

警告を表します。

回避されなければ、**死亡**または**重傷**を生じる事が有り得る**潜在的な危険状態**になります。

⚠ CAUTION 注意

注意を表します。

回避されなければ、**軽傷**または**中程度の障害**が発生するかもしれない**潜在的な危険状態**になります。

⚠ WARNING 警告

５－２．基本的な安全注意事項

1. 本製品は、火気禁止区域等の誘爆区域での放電等防止目的では使用できません。本製品で放電等を防止することができませんので引火する可能性があります。

【人体、及び環境に関する注意事項】

2. 心臓用ペースメーカー等の電子医療器具を付けた人の電磁波防護目的には使用できません。守って頂けない場合、電子医療器具が誤動作し人体に危険が及ぶ可能性があります。

【人体、及び操作に関する注意事項】

3. 本製品を対策ツール以外の用途として使用しないでください。守って頂けない場合、人身事故や器物の破損、或いはそれらの結果、更に発生する如何なる損害に対しても当社は一切責任を負いません。

【人体、操作、環境、及び接続に関する注意事項】

4. 本製品は平らな場所に設置してください。傾いた場所等に設置しますと、ポールが倒れることがあり、人身事故や器物の破損等の危険が及ぶ可能性があります。

【人体、及び環境に関する注意事項】

⚠ CAUTION 注意

5. 本製品をストーブやヒーター等の火気及び熱気のそばで使用しないでください。火災の原因になり危険です。
6. 本製品を使用しても、近傍の電子機器や無線通信等に影響が出る場合があります。ユーザーは必要に応じてファラデーケージ、シールドルーム等の対策を講じてください。
7. 本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品の上に重量物を載せないでください。守って頂けない場合、本製品を破損することがあります。
8. 高温または低温の環境での使用および保管はしないでください（使用温度：10～40℃／使用相対湿度：25～75%）。守って頂けない場合、本製品を破損したり性能を保証できないことがあります。
9. 野外に設置しないでください。また強い風のある場所に設置しないでください。本製品が転倒する危険があります。
10. 本製品を水に濡らしたり、強く擦ったりそさないでください。本製品は繊維素材にメッキ加工を施した製品で性能が低下する場合があります。
11. 結露があった場合には本製品を動作させる前に充分乾燥させてください。守って頂けない場合、本製品を破損したり性能を保証できないことがあります。
12. 本製品をシンナー、アルコールなどの溶剤で拭かないでください。また洗濯等、ドライクリーニング等は避けてください。汚れた場合は中性洗剤を含ませ固く絞った布等で拭いてください。
13. 本製品は生地製ですので、尖ったもの等で引きますと裂けたり、破けたりします。
14. 生地に破損等による開口部がありますと、遮蔽性能が劣化しますので取扱いには注意してお使いください。
15. 本製品および本書の内容は改善のため予告なく変更することがあります。
16. 本書の内容を無断で転載、複製することを禁止します。

6. 内容物

以下のものが揃っていることを確認してください。

※ A のフレームは別梱包となります（B～F は同梱）。



A：フレーム
B：シールドテントカバー
C：シールド床布



D

D：銘板ラベル
（型式確認のため重要なものです。紛失しない所に必ず取付けてください。）



E　　F

E：取扱説明書(本書)
F：組立マニュアル

7. 仕様

外形寸法	(W)2.5×(D)2.5×(H)2.25m
質　量	約 30kg
シールド性能	約 30dB

シールド性能データ ※1





※1 このデータはシールド性能測定例（実測）であり、必ずしもこのデータに合致するものではありません

8. 保証

保証規定

この保証規定は当社製品について､所定の機能･性能を維持させるための修理サービスを保証するための規定です。

1. 保証機器の範囲

   当社の製品および添付品に適用させて頂きます。

2. 技術･作業料金

   当社製品に万一障害が発生した場合は、無償保証期間内であれば無償保証規定に基づき無償で修理サービスをさせて頂きます。無償保証期間が切れている場合は、修理にかかる技術･作業に関し実費をご負担頂きます。

3. 交換部品の所有権

   修理サービスの履行に伴って交換されたすべての不良部品の所有権は、当社に帰属するものと致します。有償修理に関しては、特にお申し出がなければ、交換した不良部品は当社が持ち帰り処理致します。

4. 責任限度額

   万一、お客様が購入された当社製品の故障または修理サービスにより、お客様に損害が生じた場合には、その損害が当社の故意または過失による場合に限り、お客様が当該当社製品の購入に際してお支払いになった金額を上限として、当社はお客様に対して､損害賠償責任を負うものとさせて頂きます。ただし､いかなる場合にも､当該当社製品の故障または当社が提供させて頂いた前記修理サービスにより、お客様に生じた損害のうち、直接または間接に発生する可能性のある逸失利益、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、および間接損害については、当社は責任を負わないものと致します。

5. 誤品･欠品･破損について

   万一、お客様が購入された当社製品に、誤品、欠品、破損が発生した際にその製品が使用できないことについて､お客様に生じた損害のうち逸失利益､営業損害､その他の派生的損害､特別損害、間接的または懲罰的な損害に対する責任、または第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害について、当社は責任を一切負わないものと致します。

6. 修理辞退について

下記の場合は修理を辞退させて頂くことがあります。

- 生産終了後、５年以上を経過した当社製品
- 納入後、満８年以上経過した当社製品
- 当社特注製品で修理部品に製造中止品があり代替品がない場合
- 当社の関与なく機器の変更、修理、または改造がおこなわれた当社製品
- 原型を保てない当社製品

無償保証規定

無償保証期間内での故障については、無料で修理をするか交換を致します。その場合、機器の修理内容の決定については当社にお任せください。なお、この無償保証規定は日本国内でのみ適用させて頂きます。

1. 適用機器

当社の製品および添付品に適用させて頂きます。

2. 無償保証期間

納入日から起算して１年間とします。

修理した箇所については､同一箇所･同一不具合の場合の無償保証期間は修理完了から６ヶ月間とします。

3. 除外項目

上述にかかわらず、発生した障害が以下のいずれかに該当する場合は無償での修理サービスの対象外とさせて頂きます。

- ✧ 高電圧リレー（使用製品の場合）を含む消耗品の交換
- ✧ 取扱上の不注意により発生した故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 当社の関与しない改造により生じた故障や損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 当社に認定されていない方が修理をした事により発生した故障または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 直接的または間接的に天災、戦争、暴動、内乱、その他不可効力を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 納品後、輸送や振動、落下、衝撃などを原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ 使用環境を原因とする故障、または損傷に起因する当社製品の不良
- ✧ ユーザーが国外に持ち出した場合

9. 保守・保全

1. 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
2. ユーザー自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。
3. 外装の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。

10.故障したときの連絡先

- 故障と思われる症状が現れた場合は、症状、モデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元またはテクニカル・サービス・センターまでご連絡ください。
- 製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱包物にてお送りください。

□　テクニカル・サービス・センター

TEL　(0088)25-3939(ﾌﾘｰｺｰﾙ) / (042)712-2021

FAX　(042)712-2020

発行元 株式会社ノイズ研究所

落丁・乱丁はお取り替えいたします。
PRINTED IN JAPAN